移液器吸头与滤芯吸头，标准产品与超低吸附产品



配合BRAND微量移液器可获得最优的结果。BRAND高品质吸头完美匹配，尤其适用于精确分析。

BRAND 移液器和滤芯吸头经 BRAND 及 GILSON®, Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE®, Eppendorf® 以及 BIOHIT®/sartorius® 等品牌的多数移液器测试。
5 ml 吸头兼容 BRAND 及 Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE® 品牌移液器。10 ml 吸头适合BRAND，Eppendorf® 品牌的移液器。

IVD

CE

提示: 移液器机身可能存会发生改动。适配性与生产商，移液器型号，序列号，生产日期以及其他因素有关。我们建议您申请免费的样品用于测试适配性。



选择合适的移液器吸头

移液器吸头 滤芯吸头 量程范围	Transferpette® 系列单道移液器 标称量程																		Transferpette® 系列多道移液器 标称量程						
	1 µl	2,5 µl	5 µl	10 µl	10 µl	20 µl	20 µl	25 µl	50 µl	100 µl	200 µl	200 µl	250 µl	500 µl	1000 µl	2 ml	5 ml	10 ml	10 µl	20 µl	25 µl	50 µl	100 µl	200 µl	300 µl
0,1 - 20 µl	✔	✔2)		✔2)															✔	✔					
0,5 - 20 µl		✔		✔		✔													✔	✔					
1 - 50 µl		✔2)		✔		✔													✔	✔					
2 - 200 µl1)			✔		✔		✔	✔	✔	✔	✔										✔	✔	✔	✔	✔
5 - 300 µl			✔		✔		✔	✔	✔	✔	✔										✔	✔	✔	✔	✔
50 - 1000 µl1)												✔	✔	✔	✔										
0,5 - 5 ml																✔	✔								
1 - 10 ml																		✔							
0,1 - 1 µl	✔	✔2)		✔2)															✔						
0,5 - 10 µl		✔		✔		✔													✔	✔					
1 - 20 µl				✔		✔													✔	✔					
2 - 20 µl			✔		✔		✔	✔	✔	✔	✔										✔	✔	✔	✔	
5 - 100 µl			✔		✔		✔	✔	✔	✔	✔										✔	✔	✔	✔	✔
5 - 200 µl											✔										✔	✔	✔	✔	✔
50 - 1000 µl														✔	✔										

✔ = 吸头量程小于移液器标称量程

1) 散装吸头为黄色或者蓝色，盒装吸头为无色但置于黄色或者蓝色吸头托架之上。

2) 需校准及可能的调试