# Passfähigkeitstabelle UV-Küvetten mikro

| | Zentrumshöhe mm | Passfähigkeit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| **Amersham Biosciences/Biochrom/Pharmacia** | | | |
| Ultrospec 10 | 15 | – | |
| Ultrospec 500 | 15 | ● | |
| Ultrospec 1100 | 15 | ● | |
| Ultrospec 2000 | 15 | – | |
| Ultrospec 2100 | 15 | – | |
| Ultrospec 3100 | 15 | – | |
| Ultrospec 3300 | 15 | ● | |
| Ultrospec 4300 | 15 | ● | |
| Ultrospec 5300 | 15 | ● | |
| Ultrospec 6300 | 15 | ● | |
| Gene Quant Pro | 15 | ● | |
| Gene Quant 100 | 15 | ● | |
| Gene Quant 1300 | 15 | ● | |
| Novospec Plus | 15 | – | |
| Novospec III | 15 | – | |
| **Analytik Jena AG** | | | |
| ScanDrop 250 | 15 | ● | |
| SPECORD 30/40/50 | 8,5 / 15 | ● | Bitte verstellbaren Küvettenhalter benutzen! |
| SPECORD 200/205/210/250 Plus | 8,5 / 15 | ● | |
| SPECORD S 100/S 100 Bio | 8,5 / 15 | ● | |
| SPECORD S600/S300 | 8,5 / 15 | ● | |
| SPEKOL 1100/1200 | 8,5 / 15 | ● | |
| SPEKOL 1300/1500/2000 | 8,5 | ● | |
| **Beckmann Coulter** | | | |
| DU 600 | 8,5 | ● | |
| DU 640 | 8,5 | ● | |
| DU 700 | 8,5 | ● | |
| DU 800 | 8,5 | ● | |
| DU 500 | 15 | ● | |
| **Biochrom Ltd./WPA (siehe Amersham)** | | | |
| Lightwave S200 | 15 | ● | |
| Lightwave/Biowave S2100 | 15 | ● | |
| UV 1101 | 15 | ● | |
| UV 1101T | 15 | ● | |
| **Eppendorf AG** | | | |
| BioPhotometer | 8,5 | ● | |
| **Hitachi** | | | |
| alle Typen | – | – | |
| **JASCO** | | | |
| V-530 | (8,5) / 15 | ● | Standard-Zentrumshöhe ist 15 mm. Bei Küvetten mit Zentrumshöhe 8,5 mm bitte höhenverstellbaren Küvettenhalter verwenden. |
| V-550 | (8,5) / 15 | ● | |
| V-560 | (8,5) / 15 | ● | |
| V-570 | (8,5) / 15 | ● | |
| V-630 | (8,5) / 15 | ● | |
| V-650 | (8,5) / 15 | ● | |
| V-660 | (8,5) / 15 | ● | |
| V-670 | (8,5) / 15 | ● | |
| **Krüss AG** | | | |
| UV6500 | 8,5 | ● | |
| **Mettler-Toledo** | | | |
| UV7 | 8,5 | ● | |
| UV5 Nano | 8,5 | ● | |
| UV5 Bio | 8,5 | ● | |
| UV5 | 8,5 | ● | |

Mit einem Blick auf die Tabelle sehen Sie, welche BRAND UV-Küvette mikro mit Ihrem Photometer kompatibel ist. Die Tabelle dient als Leitfaden. Sie wurde sorgfältig geprüft und basiert auf dem derzeitigen Kenntnisstand. Nicht genannte Photometer wurden noch nicht getestet.

Durch Herstellerinformationen und Feedback unserer Kunden können wir die Tabelle laufend aktualisieren. Wenn Sie mit einem nicht genannten Photometer arbeiten, fordern Sie unverbindlich unter www.brand.de kostenlose Muster unserer UV-Küvetten mikro an, um die Kompatibilität zu Ihrem Gerät festzustellen. Mit einer kurzen Information über das Ergebnis (an info@brand.de) helfen Sie uns, die Tabelle zu vervollständigen.

Als kleines "Dankeschön" senden wir Ihnen dafür kostenlos eine Packung mit 100 BRAND Mikro-Küvetten Ihrer Wahl!

Fortsetzung auf der nächsten Seite

| | Zentrumshöhe mm | Passfähigkeit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| **Perkin Elmer Instruments** | | | |
| Lambda 2 | 15 | ● | Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@brand.de |
| Lambda 10 | 15 | ● | |
| Lambda 11 | 15 | ● | |
| Lambda 12 | 15 | ● | |
| Lambda 14 | 15 | ● | |
| Lambda 20 | 15 | ● | |
| Lambda 25 | 15 | ● | |
| Lambda 35 | 15 | ● | |
| Lambda 40/Lambda 40 P | 15 | ● | |
| Lambda 45 | 15 | ● | |
| Lambda 650 | 15 | ● | |
| Lambda 750 | 15 | ● | |
| Lambda 800 | 15 | ● | |
| Lambda 850 | 15 | ● | |
| Lambda 900 | 15 | ● | |
| Lambda 950 | 15 | ● | |
| Lambda 1050+ | 8,5/15 | ● | |
| **Scinco** | | | |
| IN-Vis Spectrophotometer S-3100 | 8,5 | ● | |
| **Shimadzu** | | | |
| UV-120-02 | 15 | ● | |
| UV-160 A | 15 | ● | |
| UV-1601 | 15 | ● | |
| UV-1240 | 15 | ● | |
| UV-1800 | 15 | ● | |
| UV-2450 | 15 | ● | |
| UV-2550 | 15 | ● | |
| UV-3600 | 15 | ● | |
| **Thermo Scientific** | | | |
| AquaMate | 15 | ● | Empfohlenes Zubehör beim Photometer-Hersteller erhältlich. |
| AquaMate Plus | 15 | ● | |
| BioMate 3 | 8,5 | ● | |
| BioMate 3S | 8,5 | ● | |
| BioMate 5 | 15 | ● | |
| BioMate 6 | 15 | ● | |
| Evolution 60 | 8,5 | ● | |
| Evolution 60S | 8,5 | ● | |
| Evolution 100 | 15 | ● | |
| Evolution 160 | 15 | ● | |
| Evolution 300 | 8,5 | ● | |
| Evolution 600 | 8,5 | ● | |
| Genesys Serie | 8,5 | ● | |
| Genesys S Serie | 8,5 | ● | |
| Helios Serie | 15 | ● | |
| UV Serie | 15 | ● | |
| UV1 | 15 | ● | |
| UV-10 | 15 | ● | |
| **Varian** | | | |
| Cary 50 | 8,5/15 | ● | Möglichst nur mit Küvetten-Einzelhaltern verwenden |
| Cary 100 | 15 | ● | |
| Cary 300 | 15 | ● | |
| Cary 4000 | 8,5 | ● | |
| Cary 5000 | 8,5 | ● | |
| Cary 6000i | 8,5 | ● | |

● = geeignet – = nicht geeignet

Stand: 1225

**BRAND GMBH + CO KG**
Postfach 1155 | 97861 Wertheim | Deutschland
T +49 9342 808 0 | F +49 9342 808 98000 | info@brand.de | www.brand.de

BRAND. For lab. For life.®

BRAND®