Die richtige Pipettenspitze für Ihre Transferpette®

Optimale Ergebnisse werden in Kombination mit den BRAND Mikroliterpipetten erreicht. Qualitätsspitzen von BRAND bieten perfekten Sitz für präzise Analysen. Pipetten- und Filterspitzen von BRAND sind getestet für BRAND und für die meisten Pipettenmodelle von GILSON®, Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE®, Eppendorf® und Sartorius®.
Die 5 ml Spitze kann verwendet werden mit den Pipettenmodellen von BRAND und Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE®. Die 1250 µl und 10 ml Spitzen sind für BRAND und Eppendorf® geeignet.



Hinweis: Pipettenschäfte können Modifikationen unterliegen. Die Passfähigkeit ist u.a. abhängig vom Hersteller, Pipettentyp, Seriennummer und Herstelldatum. Wir empfehlen die Passfähigkeit der Spitzen mittels der kostenlosen Musterbeutel zu prüfen.

	Transferpette® Einkanal Nennvolumen																Transferpette® Mehrkanal Nennvolumen					
Volumenbereich	1 µl	2,5 µl	10 µl	20 µl	20 µl	25 µl	50 µl	100 µl	200 µl	300 µl	500 µl	1000 µl	2 ml	2,5 ml	5 ml	10 ml	10 µl	50 µl	100 µl	200 µl	300 µl	1250 µl
Pipettenspitzen																						
0,1 – 20 µl	✓	✓	✓	✓													✓					
0,5 – 20 µl		✓	✓	✓													✓					
1 – 50 µl		✓	✓	✓													✓					
2 – 200 µl [1]					✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓	
5 – 300 µl					✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓	
50 – 1000 µl [1]											✓	✓										
50 – 1250 µl [2]												✓										✓
50 – 1250 µl XL [2]												✓										✓
0,5 – 5 ml													✓	✓	✓							
1 – 10 ml																✓						
Filterspitzen																						
0,1 – 1 µl	✓	✓	✓	✓													✓					
0,5 – 10 µl		✓	✓	✓													✓					
1 – 20 µl			✓	✓													✓					
2 – 20 µl					✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓		
5 – 100 µl					✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓	
5 – 200 µl									✓	✓								✓	✓	✓	✓	
50 – 1000 µl											✓	✓										
50 – 1250 µl [2]												✓										✓
50 – 1250 µl XL [2]												✓										✓





✓ = Prüfspitze bei Werkskalibrierung (bei abweichenden Spitzen kann ggfs. eine Justage notwendig sein)
✓ = Weitere kompatible Spitzen
✓ = Spitzenvolumen kleiner als Nennvolumen der Pipette

[1] Lose Spitzen sind gelb bzw. blau eingefärbt, palettierte farblos in gelber bzw. blauer Trägerplatte
[2] 1250 µl = Länge 86 mm, 1250 µl XL = Länge 102 mm