La punta para pipeta adecuada para su Transferpette®

La combinación con las pipetas de microlitro de BRAND permite obtener resultados óptimos. Las puntas de calidad de BRAND ofrecen un ajuste perfecto para realizar análisis precisos. Las puntas para pipetas y las puntas con filtro de BRAND están probadas para BRAND y para la mayoría de los modelos de pipeta de GILSON®, FINNPIPETTE® de Thermo Fisher Scientific, Eppendorf® y Sartorius®. La punta de 5 ml puede utilizarse con los modelos de pipeta de modelos de BRAND y Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE®. Las puntas de 1250 µl y 10 ml son adecuadas para BRAND y Eppendorf®.

Nota: Los vástagos de las pipetas pueden estar sujetos a modificaciones. El ajuste depende del fabricante, el tipo de pipeta, el número de serie y la fecha de fabricación, entre otras cosas. Recomendamos verificar el ajuste de las puntas utilizando las bolsas de muestra gratuitas.



	Transferpette® monocanal Volumen nominal																Transferpette® multicanal Volumen nominal					
Gama de ajuste	1 µl	2,5 µl	10 µl	20 µl	20 µl	25 µl	50 µl	100 µl	200 µl	300 µl	500 µl	1000 µl	2 ml	2,5 ml	5 ml	10 ml	10 µl	50 µl	100 µl	200 µl	300 µl	1250 µl
Puntas de pipetas																						
0,1 – 20 µl	✓	✓	✓	✓													✓					
0,5 – 20 µl		✓	✓	✓													✓					
1 – 50 µl		✓	✓	✓													✓					
2 – 200 µl [1]					✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓	
5 – 300 µl					✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓	
50 – 1000 µl [1]											✓	✓										
50 – 1250 µl [3]												✓										✓
50 – 1250 µl XL [3]												✓										✓
0,5 – 5 ml													✓	✓	✓							
1 – 10 ml																✓						
Puntas con filtro																						
0,1 – 1 µl	✓	✓	✓	✓													✓					
0,5 – 10 µl		✓	✓	✓													✓					
1 – 20 µl			✓	✓													✓					
2 – 20 µl					✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓		
5 – 100 µl					✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓	
5 – 200 µl									✓	✓								✓	✓	✓	✓	
50 – 1000 µl											✓	✓										
50 – 1250 µl [3]												✓										✓
50 – 1250 µl XL [3]												✓										✓





✓ = punta de prueba para calibración de fábrica (si las puntas difieren, puede ser necesario un ajuste)
✓ = otras puntas compatibles
✓ = volumen de punta inferior al volumen nominal de la pipeta

[1] Las puntas sueltas tienen una coloración amarilla o azul, las puntas paletizadas son incoloras y las plataformas son amarillas o azules
[2] 1250 µl = Longitud 86 mm, 1250 µl XL = Longitud 102 mm