La bonne pointe de pipette pour votre Transferpette®

Vous obtenez des résultats parfaits en combinaison avec les micropipettes BRAND. Les pointes de qualité de BRAND offre une tenue optimale pour des analyses précises.
Les pointes de pipette et les pointes à filtre de BRAND sont testées pour BRAND et pour la plupart des modèles de pipettes de GILSON®, Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE®, Eppendorf® et Sartorius®. La pointe de 5 ml peut être utilisée avec les modèles de pipettes de BRAND et Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE®. Les pointes de 1250 µl et 10 ml conviennent pour les micropipettes BRAND et Eppendorf®.

Remarque: les tiges de pipette peuvent être sujettes à des modifications. La compatibilité dépend notamment du fabricant, du type de pipette, du numéro de série et de la date de fabrication. Nous recommandons de vérifier la compatibilité des pointes au moyen du sachet d'échantillons gratuits.



	Transferpette® monocanal Volume nominal																Transferpette® multicanaux Volume nominal					
Plage de volume	1 µl	2,5 µl	10 µl	20 µl	20 µl	25 µl	50 µl	100 µl	200 µl	300 µl	500 µl	1000 µl	2 ml	2,5 ml	5 ml	10 ml	10 µl	50 µl	100 µl	200 µl	300 µl	1250 µl
Pointes de pipette																						
0,1 – 20 µl	✓	✓	✓	✓													✓					
0,5 – 20 µl		✓	✓	✓													✓					
1 – 50 µl		✓	✓	✓													✓					
2 – 200 µl [1]					✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓	
5 – 300 µl					✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓	
50 – 1000 µl [1]											✓	✓										
50 – 1250 µl [2]												✓										✓
50 – 1250 µl XL [2]												✓										✓
0,5 – 5 ml													✓	✓	✓							
1 – 10 ml																✓						
Pointes à filtres																						
0,1 – 1 µl	✓	✓	✓	✓													✓					
0,5 – 10 µl		✓	✓	✓													✓					
1 – 20 µl			✓	✓													✓					
2 – 20 µl					✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓		
5 – 100 µl					✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓	
5 – 200 µl									✓	✓								✓	✓	✓	✓	
50 – 1000 µl											✓	✓										
50 – 1250 µl [2]												✓										✓
50 – 1250 µl XL [2]												✓										✓





✓ = pointe de test lors de l'étalonnage en usine (en cas de pointes divergentes, un ajustement peut être nécessaire)
✓ = autres pointes compatibles
✓ = le volume de la pointe est inférieur au volume nominal de la pipette

[1] Les pointes en vrac sont jaunes ou bleues. Les pointes en rack sont incolores sur un plateau de rangement jaune ou bleu
[3] 1250 µl = Longueur 86 mm, 1250 µl XL = Longueur 102 mm